

Протокол
проверки счетчика газа Гранд

«30» ноября 2012 года

ПАО «Одесагаз»
г. Одеса

Комиссией в составе: инженера-метролога ПАО «Одесагаз» Чикова С.Н., директора ООО «Грапа-Украина» Скрипниченко Е.В. и начальника лаборатории по поверке бытовых счетчиков газа ООО НПО «Турбулентность-ДОН» Дворяшина Р.В. на установке поверочной «АУРС-65в» №011, свидетельство о поверке №006П-04/12 от 16.01.2012г.

Проведена проверка счетчика газа Гранд-1,6 №081267088.

В результате проверки счетчика газа «Гранд-1,6» зав. № 081267088 по методике поверки в **ручном** режиме получены следующие данные:

Расход воздуха, при котором проводят поверку	Условия поверки			Объем воздуха		Основная относительная погрешность	
	Температура	Влажность	Атмосферное давление	заданный	измеренный	допускаемая	фактическая
	град	%	кПа	куб.м	куб.м	%	%
0,0418	23,1	40	100,547	0,009776	0,01	2,5	2,29
0,41904	24	45,1	100,185	0,010057	0,01	1,5	-0,57
1,56565	24	45,1	100,185	0,030008	0,03	1,5	-0,03

Для проведения автоматизированной поверки счетчиков газа Гранд необходима доработка установки «АУРС-65в» №011, либо использование другой, позволяющей проводить поверку по импульсному выходу.



Инженер-метролог ВАТ «Одесагаз»

С.Н. Чиков

Директор ООО «Грапа-Украина»

Е.В. Скрипниченко

Начальник лаборатории по поверке счетчиков газа
ООО НПО «Турбулентность-ДОН»

 Р.В. Дворяшин